



CRB Analyse Service GmbH
Stefan Pierdzig
Bahnhofstrasse 14
D-37181 Hardegsen - Germany

VSL
Thijsseweg 11
2629 JA Delft
Postbus 654
2600 AR Delft
Nederland

T 015 269 15 00
F 015 261 29 71
E info@vsl.nl
I www.vsl.nl

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
	2018/RIAB75PO	8 oktober 2018

Onderwerp
RIAB 75 resultaat

Geachte deelnemer,

Hierbij ontvangt u de resultaten van RIAB-ronde 75 en van de cumulatieve resultaten over rondes 72 t/m 75.

Uw laboratorium code is 48.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet met mij daarover contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Peter van Otterloo
Project manager ringvergelijkingen

Ringonderzoek identificatie asbest in bulkmaterialen

Score van de laatste vier ronden



Deelnemer

CRB Analyse Service GmbH

Bahnhofstrasse 14

D-37181

Hardegsen

Duitsland

Codering ringonderzoek

RIAB 75

De volgende vezelsoorten werden aangetroffen:

Vezelsoort	RIAB75-1		RIAB75-2		RIAB75-3		RIAB75-4	
	Resultaten	Referentie	Resultaten	Referentie	Resultaten	Referentie	Resultaten	Referentie
Chrysotiel	<0,1%	<0,1%	10-15%	10-15%	<0,1%	<0,1%	30-60%	15-30%
Amosiet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Crocidoliet	<0,1%	<0,1%	2-5%	2-5%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Tremoliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Actinoliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Anthofylliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	0,1-2%	<0,1%
	Aantal behaalde Punten 10		Aantal behaalde Punten 10		Aantal behaalde Punten 10		Aantal behaalde Punten 7	

De totaalscore voor deze ronde bedraagt **93**

De resultaten vallen hiermee in de categorie **Voldoende**

Het totaalresultaat over de laatste vier ronden bedraagt **93**

Het totaalresultaat over de laatste vier ronden valt hiermee in de categorie

Voldoende

Datum: 2018-10-08

Handtekening



VSL
Dutch
Metrology
Institute



RINGONDERZOEK IDENTIFICATIE ASBEST IN BULKMATERIALEN (RIAB)

Voorlopige resultaten van alle deelnemende laboratoria: ronde 75
Overzicht van lopende scores rondes 72-75

Labnummer	Score 75-1	Score 75-2	Score 75-3	Score 75-4	Score ronde 75 (%)	Score rondes 72-75 (%)
1	10	7	10	10	93	97
2	10	10	10	10	100	97
9	10	10	10	10	100	98
11	10	10	10	10	100	98
13	10	10	10	7	93	95
19	10	10	10	7	93	95
24	10	10	10	10	100	96
28	10	10	10	10	100	91
32	10	10	10	10	100	91
33	10	10	10	10	100	98
34	10	7	10	10	93	97
35	10	10	10	10	100	96
36	10	10	10	10	100	96
39	10	10	10	10	100	96
40	10	10	10	10	100	94
45	10	10	10	10	100	97
48	10	10	10	7	93	93
49A	10	10	10	10	100	87
49B	10	10	10	7	93	91*

*) van ronde 73 t/m ronde 75