



CRB Analyse Service GmbH  
Stefan Pierdzig  
Bahnhofstrasse 14  
D-37181 Hardegsen - Germany

**VSL**

Thijssseweg 11  
2629 JA Delft  
Postbus 654  
2600 AR Delft  
Nederland

T 015 269 15 00  
F 015 261 29 71  
E [info@vsl.nl](mailto:info@vsl.nl)  
I [www.vsl.nl](http://www.vsl.nl)

**Uw kenmerk**

**Ons kenmerk**  
2019/RIAB77PO

**Datum**  
14 maart 2019

**Onderwerp**

RIAB 77 resultaat

Geachte deelnemer,

Hierbij ontvangt u de resultaten van RIAB-ronde 77 en van de cumulatieve resultaten over rondes 74 t/m 77.


Uw laboratorium code is 48.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet met mij daarover contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Peter van Otterloo  
Project manager ringvergelijkingen



CRB Analyse Service GmbH  
Stefan Pierdzig  
Bahnhofstrasse 14  
D-37181 Hardegsen - Germany

VSL  
Thijsseweg 11  
2629 JA Delft  
Postbus 654  
2600 AR Delft  
Nederland  
T 015 269 15 00  
F 015 261 29 71  
E info@vsl.nl  
I www.vsl.nl

Uw kenmerk      Ons kenmerk      Datum  
                         2019/RIAB77PO      14 maart 2019

Onderwerp  
RIAB 77 resultaat

Geachte deelnemer,

Hierbij ontvangt u de resultaten van RIAB-ronde 77 en van de cumulatieve resultaten over rondes 74 t/m 77.

Uw laboratorium code is 48.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet met mij daarover contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,




Peter van Otterloo  
Project manager ringvergelijkingen

Dutch  
Metrology  
Institute



## Ringonderzoek identificatie asbest in bulkmaterialen

Score van de laatste vier rondes



**Deelnemer**

CRB Analyse Service GmbH  
Bahnhofstrasse 14  
D-37181  
Hardegsen      Duitsland

**Codering ringonderzoek**

RIAB 77

**De volgende vezelsoorten werden aangetroffen:**

	77-1		77-2		77-3		77-4	
Vezelsoort	Resultaten	Referentie	Resultaten	Referentie	Resultaten	Referentie	Resultaten	Referentie
Chrysotiel	15-30%	10-15%	5-10%	2-5%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Amosiet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	30-60%	15-30%	<0,1%	<0,1%
Crocidoliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Tremoliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Actinoliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Anthofylliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
	Aantal behaalde Punten 10		Aantal behaalde Punten 10		Aantal behaalde Punten 10		Aantal behaalde Punten 10	

De totaalscore voor deze ronde bedraagt      **100**

De resultaten vallen hiermee in de categorie      **Voldoende**

Het totaalresultaat over de laatste vier rondes bedraagt      **91**

Het totaalresultaat over de laatste vier rondes valt hiermee in de categorie

**Voldoende**

Datum: 2019-03-14

Handtekening

